

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระจกอุ่นสไลด์สำหรับกล่องจุลทรรศน์

1. เป็นกระจกอุ่นสไลด์สำหรับกล่องจุลทรรศน์ สามารถวางบนแท่นบรรจุตัวอย่างได้
2. มีพื้นที่ให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 70 x 70 มิลลิเมตร
3. ตำแหน่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิทำจากกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร
4. มีชุดควบคุมอุณหภูมิ มีลักษณะดังนี้
 - 4.1 มีหน้าจอบ่งชี้สถานะของอุณหภูมิเป็นตัวเลข
 - 4.2 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PID control
 - 4.3 สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนในสภาวะอุณหภูมิห้องได้ไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส
 - 4.4 มีค่า accuracy ไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส
5. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
6. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
8. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
11. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
12. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลอง จนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...^{๖7}


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)