

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

1. มีลักษณะเป็นตู้นอน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ขนาดความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิทัล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 70x120x100 เซนติเมตร
3. ภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxลึก) 55x105x28 เซนติเมตร
4. ตัวตู้ภายในและภายนอกทำด้วยโลหะสเตนเลส เกรด 304
5. ฉนวนเก็บความเย็นทำจากโฟลียูรีเทนโฟมชนิด CFC-Free
6. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic กำลังขนาดไม่น้อยกว่า 330 วัตต์ ใช้สารทำความเย็นชนิด R134a
7. มีประตูอยู่ด้านบนตู้และมีลักษณะตรงกลางเป็นช่องกระจก 2 บาน สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ได้
8. มีตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ชนิด PT100 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด
9. ระบบหมุนเวียนอากาศเป็นแบบ Air force circulation
10. มีล้อเลื่อน และสามารถล็อกล้อได้ จำนวน 4 ล้อ
11. ใช้ไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และบริการตรวจสอบสภาพทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน
13. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางวโรชา จำปารัตน์)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวธิดา โคมแสงทอง)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวกานต์ธิดา ใจดี)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวอัญชลี เจือหอม)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอภิษฎา พึ่งสุข)

ภาพประกอบ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร



หน่วย : เซนติเมตร

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖7

Chon

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

ok