

คว. 90/65

คว. 42/66

คว. 29/67

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดกว้าง 1.30 เมตร x ยาว 1.80 เมตร x สูง 0.80 เมตร

1. เป็นโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดกว้าง 1.30 เมตร x ยาว 1.80 เมตร x สูง 0.80 เมตร (ตามรูป)

ประกอบด้วย

1.1 พื้นโต๊ะปฏิบัติการทำจาก phenolic resin เคลือบผิวด้วย chemical resistant laminate ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด-ด่าง ตัวทำละลายและสารเคมีทั่วไป มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร

1.2 โครงสร้างโต๊ะทำด้วยไม้ particle board เกรด E1 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้งสองด้าน และปิดขอบด้วย PVC

2. ด้านข้างโต๊ะมีปลั๊กไฟฟ้า 3 ขา 2 เต้ารับ ติดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด

3. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

4. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่องมือ

5. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

6. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖


(นายอุดม เจ็จจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ้นจิต)

อนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

..... อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการ

(นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)

..... อนุกรรมการ

(นางสาวฐิติกานต์ จิรภิตติสุนทร)

..... อนุกรรมการ

(นายกริสัย พรคทองสุข)

..... อนุกรรมการ

(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐกร ราชบุตร)

.....

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..66

.....

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..67

.....

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์