

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิทัล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร มีจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า มีฝาปิดแบบโดม 1 อัน
2. อ่างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบหรือโลหะสแตนเลส
3. สามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
4. สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการตั้งอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีค่า accuracy หรือ precision ไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส และมีค่า uniformity ไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส
6. มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิด PT100
7. มีระบบป้องกันในกรณีอุณหภูมิสูงเกิน
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ติดตั้ง ส่งมอบ พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๗


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....อนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)
.....อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)
.....อนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)
.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรัตนา บุญใส)

.....อนุกรรมการ
(นางธรรมรัฐ สุจิต)
.....อนุกรรมการ
(นายวรา วรงค์)
.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)
.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๗

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์