

คว.133/65

คว. 53/66

คว. 46/67

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความชุ่มของเชื้อ

1. เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในสารละลาย
2. หน่วยที่วัดเป็นหน่วย McFarland (McF) สามารถวัดความหนาแน่นได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 6.00 McF
3. หน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD หรือ LED
4. มีสารละลาย McFarland standard มาพร้อมกับเครื่องอย่างน้อย 1 ชุด
5. ใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50 - 60 hertz ได้ หรือสามารถต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยใช้ตัวแปลงไฟฟ้าหรือใช้งานกับแบตเตอรี่ได้

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๗

6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ **ผู้คิดค้น**
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจือจันทร์)



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

อนุกรรมการ

(นางสาวนิตญา จันทรเสถียร)

อนุกรรมการ

(นางสาวรุติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

อนุกรรมการ

(นายกรีสลีย์ พรหมทองสุข)

อนุกรรมการ

(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

อนุกรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐกร ราชบุตร)

เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความชุ่มของเชื้อ