


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)


1. เป็นเครื่องปั่นผสมสารละลายในหลอดทดลอง
2. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบสีหรือโลหะไร้สนิม มียางรองรับที่ฐานเครื่องเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขณะใช้งาน
3. สามารถเขย่าได้ 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่องและแบบเขย่าเมื่อมีแรงกดลงบนแป้นรองรับ
4. สามารถปรับอัตราเร็วของการเขย่าได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,700 รอบต่อนาที
5. มีแป้นรองรับภาชนะในการเขย่า ทำด้วยยาง มี 2 แบบ ดังนี้
  - 5.1 แบบถ้วยเพื่อรองรับหลอดทดลองเดี่ยว
  - 5.2 แบบราบเพื่อรองรับภาชนะใส่สารกันแน่น
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕7


  
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


  
.....ประธานอนุกรรมการ  
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


  
.....อนุกรรมการ  
(นายกิตติชัย อ่อนจิต)


  
.....อนุกรรมการ  
(นางธรรมรัฐ สุจิต)

  
.....อนุกรรมการ  
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

  
.....อนุกรรมการ  
(นายวรา วรงค์)

  
.....อนุกรรมการ  
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)

  
.....อนุกรรมการ  
(นายณัฐกร ราชบุตร)

  
.....อนุกรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวสุรัตนา บุญใส)

  
.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)