


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

1. เป็นตู้อบความร้อนสำหรับฆ่าเชื้อ (hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบสี โครงสร้างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส มีประตู 1 บาน
3. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ microprocessor สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส
4. มีหน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข สามารถแสดงค่าอุณหภูมิจริงและอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้
5. มีค่า temperature fluctuation หรือ temperature accuracy ผิดพลาดไม่เกิน 0.4 องศาเซลเซียสหรือเคลวิน
6. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
7. มีระบบการหมุนเวียนอากาศภายในตู้โดยใช้พัดลม และสามารถปรับตั้งความเร็วรอบของพัดลมได้
8. สามารถปรับการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในตู้และภายนอกตู้ หรือมีท่อระบายอากาศ
9. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
10. มีชั้นวาง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ
11. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
13. มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน DIN 12880 Class 3.1 หรือ DIN 12880 Class 2 หรือ DIN 12880 T2
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
15. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
17. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
18. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
19. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
20. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.....๖7


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

.....อนุกรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรมการ

(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)

.....อนุกรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรัตนา บุญใส)

.....อนุกรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

.....อนุกรมการ

(นายวรา วรงค์)

.....อนุกรมการ

(นายณัฐกร ราชบุตร)

.....อนุกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖7

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร