


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ electronic หรือ PID และแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. อ่างน้ำมีรูปทรงสี่เหลี่ยม โครงสร้างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส และมีฝาปิด
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส
4. มีค่า temperature stability หรือ temperature variation ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 เคลวิน หรือ ± 0.15 องศาเซลเซียส
5. มีสัญญาณเสียงหรือแสงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ หรือเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
6. มีวาล์วหรือช่องสำหรับระบายน้ำออกจากอ่าง
7. ใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50 - 60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี พร้อมบริการตรวจสอบการทำงานของเครื่องทุก 6 เดือน
ในระหว่างการรับประกัน
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๗


(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....อนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

.....อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

.....อนุกรรมการ

(นางรัชนีกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการ

(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุรตนา บุญใส)

.....อนุกรรมการ

(นายวรา วรงค์)

.....อนุกรรมการ

(นายณัฐกร ราชบุตร)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๗

.....

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์