



กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สตส.
เลขรับ / ส่ง 458
ผู้รับ / ส่ง พิชญาลักษณ์ 10.22
วันที่ 20 มี.ค. 2567

สำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ (สตส.)
เลขที่รับ 21
วันที่ 20 มี.ค. 2567
เวลา 09.55

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 1147 13 65
วันที่ 13 มี.ค. 2567
เวลา 13:37
2 4

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร.0-2567-4700 ต่อ ๑๒๕๐

ที่ กษ ๐๖๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒๔)

①เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ รศ.ไพฑูริย์ รักษาการแทน ปล.

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๖ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๖ รายการ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ

รายการ ที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนม	สตส.	คว. ๑๗๒/๖๗ (แก้ไข)	คว. ๑๗๒/๖๗
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	สตส.	คว. ๑๔๙/๖๗ (แก้ไข)	คว. ๑๔๙/๖๗
๓.	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	สตส.	คว. ๑๐๘/๖๗ (แก้ไข)	คว. ๑๐๘/๖๗
๔.	ตู้แช่แข็งแบบเย็น -๒๐ องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลิตร	สตส.	คว. ๑๕๑/๖๗ (แก้ไข)	คว. ๑๕๑/๖๗
๕.	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	สตส.	คว. ๑๔๐/๖๗ (แก้ไข)	คว. ๑๔๐/๖๗
๖.	ช่องคลอดเทียม AV	สพพ.	คว. ๑๘๓/๖๗	-

ประธานกรรมการ
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการ
(นายไอฟาร กิจปรีดาบริสุทธิ์)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ ทนุนไธสง)

.....กรรมการ
(นางสาวชญญกรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)

.....กรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)

.....กรรมการ
(นายสรราช ชูกระชั้น)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นางวโรชา จำปารัตน์)

.....กรรมการ
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื่อนถ้ำแก้ว)

.....กรรมการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

.....กรรมการ
(นางจิตรนาภา จึ้งขจรเกียรติ)

.....กรรมการ
(นางสาวประภัสสร ภักดี)

.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง การุณยิณี สังขทรัพย์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางปาริฉ พูนขวัญ)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

3

- อนามัย

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัดต่อไป

(นายโสภัช ชวาลกุล)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

១៥ វិ.ក. ២៥៦៧

②

(๒) เสนออธิบดี ไปตมพิจารณาอนุมัติ
ภายใน ๑๕ วัน

(นายโสภชัย ชวาลกุล)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗

แบบบันทึกรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๒๔)

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	เลขที่ spec		รูปแบบการ ขออนุมัติ	หน่วย งาน ที่ขอ	จำนวน ยี่ห้อ (อย่าง น้อย)	จำนวน ผู้ขาย (อย่าง น้อย)
		เดิม	ใหม่				
๑.	เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดใน น้ำนม	คว. ๑๗๒/๖๗	คว. ๑๗๒/๖๗ (แก้ไข)	ขอแก้ไข	สตส.	๒	๒
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	คว. ๑๔๙/๖๗	คว. ๑๔๙/๖๗ (แก้ไข)	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๓.	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	คว. ๑๐๘/๖๗	คว. ๑๐๘/๖๗ (แก้ไข)	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๔.	ตู้แช่แข็งแบบเย็น -๒๐ องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลิตร	คว. ๑๕๑/๖๗	คว. ๑๕๑/๖๗ (แก้ไข)	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๕.	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ ลิตร พร้อมอุปกรณ์	คว. ๑๔๐/๖๗	คว. ๑๔๐/๖๗ (แก้ไข)	ขอแก้ไข	สตส.	๓	๓
๖.	ช่องคลอดเทียม AV	-	คว. ๑๘๓/๖๗	ขอจัดทำใหม่	สพพ.	๒ ยี่ห้อ ๑ สิ่งทำ	๓


ประธานกรรมการ
 (นายอุดม เจือจันทร์)
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์