

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดอุณหภูมิและตรวจความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะชนิดแสดงค่าสูงสุดต่ำสุดได้

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอแบบ LCD หรือ LED แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 5%RH ถึงไม่น้อยกว่า 95%RH โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1%RH
4. มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 5\%RH$ ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40-75 %RH
5. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
6. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิหรือความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดและต่ำสุดได้
7. เครื่องต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามที่ผู้ใช้กำหนด พร้อมส่งใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในวันที่ส่งมอบ
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๙


(นายอุตม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาร์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๙



(นายอุตม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริฉ ชนพรม)



.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)


.....อนุกรรมการ
(นายชโลธร ศรีहनารถ)



.....อนุกรรมการ
(นางหทัยชนก สมสุระ)


.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณนุเบศ เนินทอง)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สุรพ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๗


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์