

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอ่านค่าความดันบรรยากาศ

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านค่าความดันบรรยากาศ มีหน้าจอแบบ LCD แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถอ่านค่าความดันบรรยากาศ ได้ตั้งแต่ 7.5 mmHg ถึงไม่น้อยกว่า 825 mmHg โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 mmHg
3. สามารถอ่านค่าความดันบรรยากาศ ได้ตั้งแต่ 10 hPa ถึงไม่น้อยกว่า 1100 hPa โดยค่าความดันบรรยากาศที่ 10-999.9 hPa มีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 hPa และค่าความดันบรรยากาศที่ 1000 - 1100 hPa มีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 hPa
4. มีค่า accuracy ของค่าความดันบรรยากาศผิดพลาด ไม่เกิน ± 1.5 mmHg และ ± 3 hPa
5. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
7. เครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ความดันบรรยากาศ 750, 760 และ 770 mmHg และที่ความดันบรรยากาศ 1000, 1010 และ 1020 hPa พร้อมส่งใบรายงานผลการสอบเทียบในวันที่ส่งมอบ
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ

(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาววิษุพันธ์ สิริวรรณ)

.....อนุกรรมการ

(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์ศิริพร)