

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง

1. เป็นชุดสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง (Solid Phase Extraction Manifold) ชนิด 24 ports
2. มีโถแก้วสำหรับรองรับสารตัวอย่าง จำนวน 1 โถ
3. มีฝาปิดโถแก้ว ที่มีช่องสำหรับบรรจุสารตัวอย่างจำนวน 24 ช่อง มีขาตั้ง และมีวาล์วสำหรับควบคุมอัตราการไหลได้ จำนวน 1 ฝา
4. มีแผ่นรองฝาปิดโถแก้ว จำนวน 2 ชิ้น
5. มี Liners หรือ Needles ทำจากวัสดุเทฟลอนหรือพอลิโพรไพลีน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ชิ้น
6. มีชั้นสำหรับวางภาชนะที่รองรับตัวอย่างหลังสกัด สามารถใส่หลอดทดลองได้
7. มีวาล์วสำหรับต่อกับปั๊มลมพร้อมที่วัดความดัน จำนวน 1 ชุด
8. มีชุด Trap kit สำหรับป้องกันสารละลายไหลเข้าสู่ตัวปั๊ม จำนวน 1 ชุด
9. มี adapters สำหรับ cartridge SPE จำนวนไม่น้อยกว่า 48 ชิ้น
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ ภูมิภรณ์)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษุพันธ์ ลิขวรรณ)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรณ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์