

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่ง

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่งมีจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,200 กรัม อ่านค่าได้ละเอียดไม่เกิน 0.01 กรัม มีค่า repeatability ผิดพลาดไม่เกิน 0.01 กรัม และมีค่า linearity ไม่เกิน 0.02 กรัม
3. จานชั่งทำด้วยสแตนเลส มีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 190 x 190 มิลลิเมตร หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร
4. สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐานภายในเครื่องโดยใช้โปรแกรม internal calibration
5. มี stabilization time ไม่เกิน 3 วินาที
6. มีการทำงานแบบนับจำนวนขึ้นโดยใช้จำนวนขึ้นอ้างอิงในช่วง 10, 30, 50 หรือ 100 ขึ้น โดยชั่งน้ำหนักได้ต่ำสุดไม่เกิน 0.01 กรัม
7. มีการทำงานแบบวัดเปอร์เซ็นต์ขึ้นอ้างอิงได้
8. สามารถเปลี่ยนหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย ได้แก่ g, oz และ lb
9. มีตุ้มน้ำหนักขนาด 100 กรัม และขนาด 2 กิโลกรัม ที่ได้มาตรฐาน OIML Class F1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น
10. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี พร้อมบริการตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องชั่งทุก 6 เดือนในระหว่างการรับประกัน
14. เป็นเครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบตามวิธีที่ใช้กำหนด ณ สถานที่ตั้งเครื่องจากหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบในวันส่งมอบ
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างดี
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสาวประภัสสร ภักดี)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวอัญญณิ พูลสุขกล้า) และเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่ง

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์