

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทำหมัน

1. ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทำหมันทำจากสแตนเลสสตีล สามารถนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง และแรงดันไอน้ำ (autoclave) ได้
2. ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทำหมันประกอบด้วย ดังนี้
 - 2.1 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Standard tissue forcep) ชนิดมีเขี้ยว 1x2 จำนวน 1 ชิ้น
ขนาดความยาว 16 เซนติเมตร
 - 2.2 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Standard tissue forcep) ชนิดไม่มีเขี้ยว จำนวน 1 ชิ้น
ขนาดความยาว 16 เซนติเมตร
 - 2.3 คีมจับเนื้อเยื่อแบบล็อก (Allis tissue forcep) ชนิดมีเขี้ยว 5x6 จำนวน 2 ชิ้น
ขนาดความยาว 15 เซนติเมตร
 - 2.4 คีมจับเส้นเลือดปลายตรง (Crile-Rankin haemostatic forcep, Straight) จำนวน 2 ชิ้น
ขนาดความยาว 16 เซนติเมตร
 - 2.5 คีมจับเส้นเลือดปลายโค้ง (Crile-Rankin haemostatic forcep, Curved) จำนวน 2 ชิ้น
ขนาดความยาว 16 เซนติเมตร
 - 2.6 คีมจับเข็มเย็บแผล (Mayo Hegar Needle Holder) จำนวน 1 ชิ้น
ขนาดความยาว 16 เซนติเมตร
 - 2.7 กรรไกรตัดชิ้นเนื้อปลายตรง (Mayo scissor, Straight) แบบป้าน/ป้าน จำนวน 1 ชิ้น
ขนาดความยาว 14 เซนติเมตร
 - 2.8 กรรไกรตัดชิ้นเนื้อปลายตรง (Surgical scissor, Straight) แบบป้าน/แหลม จำนวน 1 ชิ้น
ขนาดความยาว 16 เซนติเมตร
 - 2.9 ด้ามมีดเบอร์ 4 (Scalpel handle No.4) ขนาดความยาว 13.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.10 ตะขอเกี่ยวท่อนำไข่ (Fomon Alar hooklet) มีตุ่มที่หัวตะขอ ไม่คม จำนวน 1 ชิ้น
ขนาดความยาว 17 เซนติเมตร

3. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน EU

5. เครื่องมือทุกรายการเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ผู้ผลิตเดียวกันทั้งหมด

6. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่

7. ผู้ขายมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

8. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง

9. เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดไปภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ

10. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวสินีพรรณ ภูวนันท์)

 อนุกรรมการ

(นางสาวมนธิษัณย์ ปริณัฐทา)

 อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวชญญ์ภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)