

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความชื้นของเชื้อ

1. เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในสารละลาย
2. หน่วยที่วัดเป็นหน่วย McFarland (McF) สามารถวัดความหนาแน่นได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 6.0 McF
3. หน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD หรือ LED
4. มีสารละลาย McFarland standard มาพร้อมกับเครื่องอย่างน้อย 1 ชุด
5. ใช้กับไฟฟ้า 220 – 240 volt 50 – 60 hertz ได้ หรือสามารถต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยใช้ตัวแปลงไฟฟ้าหรือใช้งานกับแบตเตอรี่ได้
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ GB/T 19001
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษุพันธ์ สิวรรณ)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริษ พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

.....
(นายอุดม เจื่อนันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์