

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 48 มิลลิเมตร ถึงไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร
2. เลนส์ตา มีขนาดกำลังขยาย 10 เท่า จำนวน 1 คู่
3. เลนส์วัตถุ เป็นแบบชนิดป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยขนาด 4X, 10X, 40X และ 100X
4. แท่นวางตัวอย่าง เป็นชนิดรูปสี่เหลี่ยมติดตั้งแข็งแรงกับตัวกล้องพร้อมที่ยึดสไลด์ สามารถเลื่อนสไลด์ใน แนวแกน X และ Y ได้
5. มีปุ่มปรับภาพหยาบและปรับภาพละเอียดเป็นชนิดแกนร่วม (Coaxial)
6. เลนส์รวมแสง เป็นชนิด ABBE condenser มีค่า N.A. 1.25 พร้อม diaphragm
7. ระบบแสงส่องสว่าง ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1 วัตต์
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องแก่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

.....ประธานอนุกรรมการ
(นางวโรชา จำปารัตน์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นางสาวธิดา โคมแสงทอง)

.....
(นางสาวกานต์ธิดา ใจดี)

.....
(นางสาวอัญชลี เจือหอม)

.....
(นางสาวอภิญา พึ่งสุข)