




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง

1. เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง ไม่น้อยกว่า 130 องศาเซลเซียส และมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหน้าเครื่องเป็นตัวเลขดิจิทัล สามารถวางบล็อก อลูมิเนียมในข้อ 5.1 และ 5.2 ได้พร้อมกัน
2. มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
3. มีค่า temperature uniformity เบี่ยงเบนไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
4. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ PID ดิจิตอล
5. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 5.1 บล็อกอลูมิเนียมสำหรับใส่หลอด 1.5/2.0 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 20 หลอด จำนวน 1 อัน
 - 5.2 บล็อกอลูมิเนียมสำหรับใส่หลอดขนาด 15 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด จำนวน 1 อัน
6. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volts 50-60 hertz
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
8. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
11. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
12. ส่งมอบและทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๗


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์