


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 50 มล. (Dispensor)

1. เป็นตัวดูดจ่ายสารละลาย สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) ทนทานต่อสารเคมี มีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัดเจน
2. สามารถจ่ายสารละลายได้ ตั้งแต่ 10 ถึง 50 มิลลิลิตร สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร มีค่า Systematic error หรือ Accuracy ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 0.5 \%$ และมีค่า Random error หรือ Coefficient of Variance ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 0.1 \%$
3. สามารถลือคปริมาตรที่ตั้งไว้ได้
4. ตัวดูดจ่ายสามารถหมุนได้ 360 องศา
5. มีหัวต่อที่ใช้ต่อกับขวดได้ 3 ขนาด ตามช่วงปริมาตรของตัวเครื่อง
6. ตัวเครื่องและหัวต่อทำด้วยพลาสติกที่สามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ที่ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable)
7. มี Safety ball เพื่อป้องกันไม่ให้สารรั่วไหล
8. มี Recirculation tube สำหรับหากดูดสารละลายเกิน สามารถดูดสารกลับเข้าไปที่ขวดได้
9. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เปลี่ยนสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบและทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...8



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)



.....อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...7


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์