


คว.185 / 66

คว.117 / 67


คว.19 / 68

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้

1. เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, กลิ่นสารเคมี และสิ่งปนเปื้อนในอากาศอื่นๆ ได้
2. สามารถใช้งานกับห้องที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ได้
3. มีระบบฟอกอากาศ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 - 3.1 กรณี ระบบฟอกอากาศใช้ Filter ให้มีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.1.1 มีแผ่นกรองหยาบ (Pre - filter) ซึ่งสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
 - 3.1.2 มีแผ่นกรองละเอียดที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาด 0.008 ไมครอน ได้
 - 3.2 กรณี ระบบฟอกอากาศไม่ใช้ Filter ให้มีรายละเอียด ดังนี้
 - 3.2.1 มีระบบ Photo Catalytic Oxidation
 - 3.2.2 มีหลอด UV จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลอด
 - 3.2.3 สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ไม่น้อยกว่า 98 %
4. สามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
5. สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และแบบ Remote ชนิดไร้สาย
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
7. มีส่วนประกอบทุกชนิดเป็นของแท้ตามมาตรฐานของเครื่องฟอกอากาศ และมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในวันส่งมอบ
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 Volt 50-60 Hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือฉบับภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่อง และทำความสะอาดภายในตัวเครื่องทุก 4 เดือน ภายในระยะเวลาประกัน
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2566


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรมการ
(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

.....อนุกรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรมการ
(นายชโลธร ศรีพนารณ)

.....อนุกรมการ
(นางททัยชนก สมสุระ)

.....อนุกรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรมการและเลขานุการ
(นายอนุเบศ เนินทอง)

.....อนุกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๗

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์