

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูจ่ายสารละลายอิเล็กโทรนิกส์แบบ 8 ช่อง ปริมาตร 15 - 300 ไมโครลิตร

1. เป็นเครื่องดูจ่ายสารละลายอิเล็กโทรนิกส์ชนิดปรับปริมาตรได้ แบบ 8 ช่อง สามารถใช้งานในช่วง ปริมาตร 15 - 300 ไมโครลิตร ได้
2. มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ชนิด Li-polymer
3. มีค่า systematic error หรือ accuracy ที่ปริมาตรสูงสุด ผิดพลาดไม่เกิน 0.6 เปอร์เซ็นต์ และมีค่า random error หรือ CV หรือ precision ผิดพลาดไม่เกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์
4. สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 0.2 ไมโครลิตร
5. มีฟังก์ชันในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม
6. สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีได้ หรือส่วนล่างสามารถถอดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้
7. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมสอบเทียบอย่างน้อย 1 ครั้ง
9. เป็นเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบที่ปริมาตร 15, 150 และ 300 ไมโครลิตร พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันที่ส่งมอบ
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...68



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



.....ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



.....อนุกรรมการ


(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)




.....อนุกรรมการ

(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....อนุกรรมการ
(นายวรา วงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวีเชียรวงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์