

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 170 ลิตร

1. เป็นตู้บ่มเชื้อควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า (กว้างxสูงxลึก) 460x670x510 มิลลิเมตร และความจุไม่น้อยกว่า 178 ลิตร
3. ผนังด้านนอกของตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี
4. ผนังด้านในของตัวตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลส เกรด 1.4301 ภายในตู้มีชั้นวางทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวน 2 ชั้น แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม สามารถนำเข้าและถอดออกจากตู้ได้ และปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 16 ระดับ
5. มีประตูตู้ 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยโลหะเคลือบสี ชั้นในเป็นกระจกใส
6. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุด 70 องศาเซลเซียส มีค่า temperature deviation หรือ uniformity ที่ 37 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 0.4 องศาเซลเซียส
7. มีพัดลมหรือมีระบบช่วยในการหมุนเวียนอากาศภายในตู้ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๗
8. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้
9. มี access port จำนวน 1 ช่อง
10. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
14. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้อย่างดี
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๗


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....อนุกรรมการ


(นายกิตติชัย อุ่นจิต)


.....อนุกรรมการ


(นางธรรมรัฐ สุจิต)



.....อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายวรา วงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรัตนา บุญใส)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..67


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..69


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 170 ลิตร