


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา แบบใช้แสงชนิด LED

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา แบบใช้แสงชนิด LED
2. เลนส์ตามีกำลังขยาย 10X เห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และมีระบบป้องกันเชื้อรา (anti-fungus treated) สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 55 -75 มิลลิเมตร
3. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุสามารถติดตั้งเลนส์ได้ไม่น้อยกว่า 4 กำลังขยาย
4. เลนส์วัตถุเป็นระบบ infinity และมีระบบป้องกันเชื้อรา (anti-fungus treated) มีกำลังขยายดังนี้
 - 4.1 ชนิด Plan Achromat 4x มีค่า N.A. 0.10 ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๖
 - 4.2 ชนิด Plan Achromat 10x มีค่า N.A. 0.25
 - 4.3 ชนิด Plan Achromat 40x มีค่า N.A. 0.65
 - 4.4 ชนิด Plan Achromat 100x (oil) มีค่า N.A. 1.25
5. แท่นวางตัวอย่างเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 135 มิลลิเมตร มีปุ่มควบคุมการเลื่อนสไลด์อยู่ใต้แท่นวางตัวอย่าง สามารถเลื่อนสไลด์ระยะ (X x Y) ไม่น้อยกว่า 75 x 30 มิลลิเมตร
6. เลนส์รวมแสง มีค่า N.A. 0.9/1.25 หรือ 1.25 with slot for contrast sliders หรือ 1.25 with oil immersion และมี slot หรือช่องสำหรับอุปกรณ์ปรับการใช้งานแบบ Bright field, Phase contrast หรือ Dark field ได้
7. ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับละเอียดและหยาบอยู่ทั้งสองด้านของตัวกล้อง
8. ระบบแสงสว่างใช้ไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2 วัตต์ สามารถปรับความสว่างได้
9. มีช่องใส่แผ่นกรองแสง
10. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 10.1 ถังคลุมกล้อง
 - 10.2 Oil immersion ขนาดไม่น้อยกว่า 5 มิลลิตร
11. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
15. ผู้ขายจะต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้อย่างดี
16. ผู้ขายจะรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง


(นายอุดม เจือจันทร์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๖


(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์





18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



.....อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



.....อนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....อนุกรรมการ
(นายวรา วงศ์)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..69


(นายอุดม เจื้อจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..69


(นายอุดม เจื้อจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์