

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบแช่ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบแช่ สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วรอบด้วยระบบ Microprocessor PID - Temperature Controller หรือ Integrated Digital PID Controller หรือ Microprocess PID และแสดงค่าตัวเลขไฟฟ้า
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบสี และภายในทำด้วยสแตนเลส โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
3. มีฝาปิด-เปิดทำด้วยโลหะสแตนเลส มีลักษณะเป็นทรงจั่ว
4. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีค่าความแม่นยำของอุณหภูมิ (Temperature accuracy) หรือค่าความเสถียรของอุณหภูมิ (Temperature stability) หรือค่าความผันผวนของอุณหภูมิ (Temperature fluctuation) ไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
6. สามารถตั้งความเร็วรอบในการแช่ได้ตั้งแต่ 35 ถึงไม่น้อยกว่า 120 รอบ/นาที
7. มีระบบป้องกันหรือระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้
8. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 8.1. ถาดวางสำหรับยึดอุปกรณ์ประกอบทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ชุด
 - 8.2. ที่ยึดจับขวดรูปชมพู่ขนาดไม่น้อยกว่า 250 มิลลิลิตร จำนวน 14 ชิ้น
 - 8.3. ที่ยึดจับหลอดทดลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร จำนวน 48 ชิ้น 1 ชุด หรือ test tube rack ที่สามารถใส่หลอดทดลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่า 38 หลอด/rack จำนวน 2 rack หรือไม่น้อยกว่า 19 หลอด/rack จำนวน 4 rack
9. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
11. เครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไม่น้อยกว่า 3 จุดอุณหภูมิ จำนวน 3 ครั้ง ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ณ สถานที่ใช้งาน พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี และตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทุก 6 เดือน ภายในระยะเวลาการรับประกัน
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และผลิตตามมาตรฐาน CE
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
17. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
18. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษุวัต สิวรรณ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรพ์)

ขออนุมัติให้สำหรับปีงบประมาณ 25^{๖๖}

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติให้สำหรับปีงบประมาณ 25^{๖๙}

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์