

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องซีลสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์

1. เป็นเครื่องซีลสุญญากาศ ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลส
2. กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 450 W และแรงดูดอากาศไม่เกิน -1 bar
3. สามารถซีลตัวอย่างที่มีลักษณะผง แห้ง และเปียกได้
4. สามารถซีลถุงแบบเรียบ ถุงลายนูน และถุงพอยล์ได้ โดยแถบซีลมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรหรือรองรับถุงหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
5. สามารถตั้งเวลาในการสุญญากาศ การปิดปากถุง เวลาการพักให้เย็น หรือ cooling time ได้
6. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 6.1 เทปทนความร้อนพร้อมเหล็กทรงแถบซีล หรือ แถบซีลและลวดทำความร้อนแถบซีล หรือ seal bar สำรอง จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 น้ำมันปั๊มออย หรือน้ำมันแวกคัม ปริมาตรไม่น้อยกว่า 250 มิลลิลิตร (กรณีต้องใช้) จำนวน 1 ขวด
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว)

.....อนุกรรมการ
(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางปาริษ พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรณพงศ์)

เครื่องซีลสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.....

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษนันท ลีวรรณ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ) *นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ*

ขออนุมัติให้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์