

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง แบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 200 กรัม และสามารถชั่งน้ำหนักจากด้านล่างเครื่องได้
3. สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.1 มิลลิกรัม
4. มีค่า Linearity ไม่เกิน ± 0.2 มิลลิกรัม และ Repeatability ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม
5. มีระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง และสามารถใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอกในการปรับน้ำหนักได้
6. งานน้ำหนักทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร
7. ฐานของเครื่องชั่งผลิตจากพลาสติกเคลือบสี หรือ Die-cast aluminum
8. สามารถเลือกหน่วยน้ำหนักมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า 16 หน่วย
9. มีโปรแกรมการใช้งานเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 3 แบบ ได้แก่ การชั่งสัตว์ทดลอง การนับชิ้น และการชั่งแบบเปอร์เซ็นต์
10. มีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของสถานที่วางเครื่อง
11. มีฝาครอบชนิดใส ครอบตัวเครื่องชั่ง
12. มี interface ชนิด RS232 หรือ RS232C เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ผล
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...⁶⁸
13. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
13.1 โต้ะสำหรับวางเครื่องชั่งปูดด้วยหินอ่อน
13.2 ตุ้มน้ำหนักสำหรับตรวจเช็คเครื่องขนาด 100 กรัม Class F2 จำนวน 1 ลูก
ผู้อำนวยความสะดวกสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
14. เครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักสำหรับตรวจเช็คเครื่องขนาด 100 กรัม Class F2 ได้รับสอบเทียบ ณ สถานที่ตั้งเครื่องมือจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 พร้อมส่งใบรับรองการสอบเทียบในวันส่งมอบ
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...⁶⁹
15. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
16. มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
17. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
18. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
ผู้อำนวยความสะดวกสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
19. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
20. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง


(นายอุดม เจือจันทร์)


(นายอุดม เจือจันทร์)





21. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25~~๖๘~~^{๖๙}


22. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจือจันทร์)



.....ประธานอนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



.....อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



.....อนุกรรมการ
(นายประภิต บุญพรประเสริฐ)


.....อนุกรรมการ
(นายวรา วงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25^{๖๙}


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องชั่งแบบละเอียดตศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม