

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ตะเกียงเบนสันอัตโนมัติ

1. เป็นตะเกียงเบนสัน มีหน้าจอแสดงการทำงานแบบ graphic หรือ LCD หรือ LED สามารถแสดงรูปภาพอธิบายการทำงานร่วมกับตัวหนังสือหรือตัวเลข
2. ตัวตะเกียงทำจากโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบโครเมียม ด้านหน้าตัวเครื่องมีปุ่มหมุนปรับการลดหรือเพิ่มอัตราการจ่ายแก๊สและอากาศที่เข้าผสม
3. หัวตะเกียงสามารถถอดออกจากตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาดได้
4. มีรูปแบบการทำงานดังนี้
 - 4.1 ควบคุมการทำงาน ผ่านการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ (sensor)
 - 4.2 ควบคุมการทำงาน ผ่านแป้นเท้าเหยียบ
 - 4.3 ควบคุมการทำงาน ผ่านปุ่มควบคุมหน้าตัวเครื่อง
5. มีระบบความปลอดภัย ดังนี้
 - 5.1 มีระบบตัดการทำงานของแก๊ส หรือมีสัญลักษณ์แจ้งเตือน เมื่ออุณหภูมิของเครื่องเกินกำหนด
 - 5.2 มีระบบตัดการทำงาน เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องเกินกว่าเวลาที่กำหนด โดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 60 นาที
6. สามารถใช้ได้กับแก๊สทั้งโพรเพน/บิวเทน และแก๊สธรรมชาติได้
7. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิชนันท์ สีวรรณ)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร)

.....อนุกรรมการ
(นางหทัยชนก สมสุระ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรณ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.....

.....
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.....

.....
(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์