

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร


1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร มีจอ LCD แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า มีฝาปิดแบบ gable หรือ dome
2. อ่างน้ำภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบสีกันสนิม
3. สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการตั้งอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
4. มีค่า accuracy ไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส และค่า uniformity ไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส
5. มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิด PT100
6. มีระบบป้องกันในกรณีอุณหภูมิสูงเกิน
7. มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA จำนวน 1 ชุด
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE หรือ EN
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบอุณหภูมิที่ผู้ใช้งานกำหนด ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบในวันที่ส่งมอบ
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.....^{๖๙}

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 ประธานอนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)

 อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 อนุกรรมการ
(นายวรา วรรงค์)

ชบร.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)

สุรอนดา บุญใส.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุรอนดา บุญใส)

04.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

๒๕.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์