

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเขย่าสารอัตโนมัติแบบแนวตั้งและแนวนอน

1. เป็นเครื่องเขย่าสารละลายที่สามารถเขย่าได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน โดยตัวเครื่องสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งได้สองทิศทาง
2. สามารถตั้งความเร็วรอบในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 200 ครั้งต่อนาที
3. ช่วงกว้างของการเขย่าไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
4. ตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 นาที
5. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 5.1 มีตัวยึดจับกรวยแยก (funnel holder) ที่สามารถใช้กับกรวยแยก ขนาด 250 - 1000 มิลลิลิตรได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น
 - 5.2 มีแท่นจับฟลาสก์ชนิดยึดหยุ่นได้ สามารถจับได้ตั้งแต่ขนาด 100 ถึง 1000 มิลลิลิตร จำนวน 1 ชุด
 - 5.3 มีแท่นจับหลอดทดลองสามารถจับหลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 16 ถึง 35 มิลลิเมตรหรือใช้กับหลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร ได้พร้อมกันอย่างน้อย 12 หลอด
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
7. สามารถใช้กับไฟฟ้า 200-250 volt 50-60 hertz ได้
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบสอนในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริษ ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นายชโลธร ศรีทหาร)

.....อนุกรรมการ
(นางหทัยชนก สมสุระ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖


.....
(นายอุดม เจือจันทร์)


.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรมการและเลขานุการ
(นายณเบศ เนินทอง)

.....อนุกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปุษยาพร สวัสดิ์สรพ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...^{๖๖}


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...^{๖๗}


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์