

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบละเอียดทศนิยม 3 ตำแหน่ง

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน ชนิดอ่านละเอียด (Precision Balance) ทศนิยม 3 ตำแหน่ง แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือ TFT display ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 320 กรัม
2. ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ หรือโลหะสแตนเลส ขนาดของเครื่องชั่ง (กว้างx ลึกx สูง) ไม่น้อยกว่า 209 x 321 x 309 มิลลิเมตร จานชั่งน้ำหนักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร หรือมีขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 140x140 มิลลิเมตร
3. สามารถอ่านค่าละเอียด (Readability) ได้ไม่เกิน 0.001 กรัม มีค่า Linearity ไม่เกิน ± 0.002 กรัม และมีค่า Repeatability ไม่เกิน 0.001 กรัม
4. สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที
5. มีระบบการปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง (Internal Calibration Weight) และสามารถ ใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานภายนอกซึ่งสามารถระบุค่าน้ำหนักจริงของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานในการปรับน้ำหนัก ได้ (External Calibration Weight)
6. มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน (Overload Protection) และมีสัญลักษณ์แสดงกรณีชั่งน้ำหนักเกิน พิกัดของเครื่องโดยอัตโนมัติ
7. สามารถเลือกหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย
8. มี Interface ชนิด RS232
9. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ มาตรฐาน CE
11. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี พร้อมตรวจเช็คสภาพปีละ 1 ครั้ง
13. เครื่องชั่งต้องได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ สถานที่ใช้งาน จำนวน 3 ครั้ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....๖๑



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ส่งมอบและติดตั้งจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


อนุกรรมการ
(นางรัตติกาล ปวงแก้ว)


อนุกรรมการ
(นางสาวปณิมา บุตรชา)


อนุกรรมการ
(นายวรพงษ์ เสนะวีระกุล)


อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรัส)