

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร

1. เป็นตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ แบบตู้เย็น ทรงสี่เหลี่ยม และมีความจุไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร
2. โครงสร้างของตู้ทำจาก galvanized steel หรือ stainless steel หรือ cold rolled steel มีประตูพร้อมที่จับและสามารถล็อกได้ ด้านหน้าเป็นกระจกใส มีประตูไม่น้อยกว่า 4 บาน
3. มีขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 1200 x 700 x 1890 มิลลิเมตร ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 1100 x 650 x 1700 มิลลิเมตร
4. ภายในมีชั้นวางของที่สามารถปรับระดับได้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
5. มีหน้าจอแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ เป็นแบบ LED display หรือ LED digital display ที่สามารถมองเห็นได้จากด้านหน้า
6. สามารถตั้งค่ารักษาระดับความชื้นภายในตู้ให้อยู่ในช่วง 20-60% RH
7. มีระบบกำจัดความชื้นแบบ memorial alloy dry unit หรือ auto dry box หรือ high flow air injection system
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาตู้ดูดความชื้นเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้ตู้ดูดความชื้นให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ กุมภาว์)


.....อนุกรรมการ
(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นางปาริษ พูนขวัญ)


.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษนันท์ สีวรรณ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปุษยาพร สวัสดิ์สรรพ)

ข้าพเจ้าไปพบ ดงเย็น

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๑

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์