

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

1. เป็นตู้ควบคุมความชื้นแบบตู้เย็น มีความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
2. ตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม หรือ galvanized steel ทึบ 3 ด้าน ด้านหน้ามีประตูที่สามารถมองเห็นภายในตู้ได้ หากเป็นตู้แบบมีล้อต้องมีตัวล้อคล้อยอย่างน้อย 2 ล้อ และมีกุญแจสำหรับปิดล้อคตู้
3. ตัวตู้มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 400 x 346 x 700 มิลลิเมตร
4. ภายในมีชั้นวาง ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
5. มี digital display แสดงค่าปริมาณความชื้นภายในตู้ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ติดไว้ด้านหน้าตู้ และไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่หากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
6. สามารถควบคุมความชื้นได้ตั้งแต่ 20 ถึงไม่เกิน 60%RH
7. มีระบบการกำจัดความชื้นแบบอัตโนมัติ หรือ มีระบบการกำจัดความชื้นด้วยระบบ Microcomputer control Thermo-Electric cooling system
8. สามารถสั่งงานหรือตั้งค่าความชื้นบริเวณแผงควบคุมหน้าตู้เครื่องได้
9. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ GB/T19001
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
15. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๙


(นายยุติม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)


.....อนุกรรมการ
(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษณุทธิ์ สีวรรณ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรพ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

