


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตาย่อยชีโอดี

1. เป็นเตาให้ความร้อนแก่หลอดตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ค่าชีโอดี (COD) ได้พร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 24 หลอด
2. ลักษณะของเตาแบ่งออกเป็น 2 บล็อกแบบฝาปิดเดี่ยวหรือ 2 บล็อกแบบฝาปิดแยกกัน สามารถทำงานได้อิสระแยกจากกัน
3. สามารถบรรจุหลอดขนาด 16 มิลลิเมตร ได้ และมีหลอดสำหรับใส่ตัวอย่าง จำนวน 72 หลอด มาพร้อมกับตัวเครื่อง
4. สามารถเลือกตั้งเวลาการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที หรือมากกว่า
5. สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิตามโปรแกรมของเครื่องหรือตั้งแต่ 37-160 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า
6. มีความเสถียรของอุณหภูมิ (temperature stability) ไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส หรือ เคลวิน
7. ใช้เวลาอุ่นเครื่อง (warm up) หรือทำอุณหภูมิจาก 20-150 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 10 นาที
8. มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
9. มีฝาครอบบริเวณเตาให้ความร้อน (protective lid หรือ protective cover)
10. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
11. มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
17. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
18. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ประธานอนุกรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ กุมภาร์)


อนุกรรมการ
 (นางปารัช พุนขวัญ)


อนุกรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลียงเพ็ชร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70


 (นายจิรภัทร อินทร์สุข)
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการ

(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิษุพันธ์ สิวรรณ์)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอัจกรีย์ การะเกตุ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

.....

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์