


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 35 ลิตร

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิทัล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 35 ลิตร มีหน้าจอแบบสัมผัส (colour graphic display with touch screen) หรือ LCD หรือ LED แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า มีฝาปิดแบบ gable หรือ dome
2. อ่างน้ำภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบสารกันสนิม
3. สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการตั้งอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
4. มีค่า temporal temperature fluctuation ไม่เกิน + 0.3 องศาเซลเซียส หรือมีค่า accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส และค่า uniformity ผิดพลาดไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส
5. มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิด PT100
6. มีระบบป้องกันหรือเตือนในกรณีอุณหภูมิสูงเกิน
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE หรือ EN
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบอุณหภูมิที่ใช้งานกำหนด ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบในวันที่ส่งมอบ
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
16. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..........ประธานอนุกรรมการ
 (นายประกิต บุญพรประเสริฐ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

↓
 (นายจิรภัทร อินทร์สุข)
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ
(นางรัชนีกร วิฑูรพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

.....อนุกรรมการ
(นายอิสระ สิริกนก)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรพ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชนากานต์ โชติพิสุทธิกุล)

มีมติให้ไปดำเนินการต่อไป

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.7๐

↓

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 35 ลิตร