

ทว. 143/๖๗
ทว. ๘/๖๘
ทว. ๒/๖๙
ทว. 1๘/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดอุณหภูมิและตรวจความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะชนิดแสดงค่าสูงสุดต่ำสุดได้

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอบแบบ LCD หรือ LED แสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
3. สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 5%RH ถึงไม่น้อยกว่า 95%RH โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1%RH
4. มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำ (accuracy) ของความชื้นสัมพัทธ์ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 5\%$ RH ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40-75 %RH
5. ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
6. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิหรือความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดและต่ำสุดได้
7. เครื่องต้องได้รับการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามที่ผู้ใช้กำหนด พร้อมส่งใบรายงานผลสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในวันที่ส่งมอบ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๐
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด ↓
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ
10. ผู้ขายต้องสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๑
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด (นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ
ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

อนุกรรมการ


(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๑



(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ



(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ