


ทอ. 51/69
ทอ. 14/69
ทอ. 22/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่แบบไร้ท่อ


1. เป็นตู้เก็บสารเคมีที่สามารถดูดไอสารเคมีแบบไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศสู่ภายนอก ประกอบด้วย
1.1 ตัวตู้
1.2 ระบบกำจัดไอสารเคมี
2. ตัวตู้ มีลักษณะดังนี้
2.1 ภายนอกทำด้วย Electro-Galvanized steel หรือ Galvanized steel เคลือบด้วย anti-acid polymer หรือ epoxy ที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
2.2 ด้านบนมีแผงควบคุมและแสดงสถานะการทำงานของตู้
2.3 มีขนาดภายใน กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1.5 x 0.45 x 1.6 เมตร สามารถเก็บขวด ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 240 ขวด
2.4 มีประตูเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 4 บาน ทำจากอะคริลิกเป็นแบบโปร่งใส พร้อมมีกุญแจล็อก
2.5 ภายในแบ่งเป็น 4 ฝั่ง และมีชั้นวางไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ทำจากวัสดุ Polypropylene ที่สามารถปรับระดับได้
3. ระบบกำจัดไอสารเคมี มีลักษณะดังนี้
3.1 มีระบบการกรองและความจุแผ่นกรองตามมาตรฐานการกรองอากาศแบบ AFNOR NFX 15-211 Class I
3.2 ใช้การดักจับไอสารเคมีด้วยแผ่นกรอง carbon filter โดยติดตั้งบริเวณส่วนบนของตู้ และมีพัดลมดูดอากาศติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง
3.3 มีความเร็วในการกรองอากาศไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
3.4 มีแผ่นกรองหลักชนิด carbon filter ที่สามารถจับสารเคมีที่เป็นกรดและสารละลายได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แผ่น
3.5 มี prefilter ชนิด High Efficiency Prefilter หรือ HEPA ที่สามารถกรองฝุ่นหยาบ ก่อนเข้าแผ่นกรองหลักได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แผ่น
3.6 มีระบบติดตามและตรวจสอบความอึดตัวของแผ่นกรองไอสารเคมี ที่สามารถตรวจจับไอสารเคมี และสามารถตั้งโปรแกรมได้แบบ Molecode S หรือ AOC detector
4. ใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50-60 hertz ได้
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๗๐





(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการตัดแปลง
11. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
12. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานอนุกรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



.....อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



.....อนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....อนุกรรมการ
(นายวรว วรงค์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖๐


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖๑

ผู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่แบบไร้ท่อ


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์