


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก (Spin-down centrifuge)

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก แบบตั้งโต๊ะ
2. มีความเร็วรอบในการปั่นไม่น้อยกว่า 2,800 รอบต่อนาที
3. มี rotor ที่สามารถใส่หลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 8 หลอด
4. มี rotor หรือ adapter ที่สามารถใช้กับหลอดทดลองขนาด 0.2 มิลลิลิตร และ 0.5 มิลลิลิตรได้
5. เมื่อเปิดฝาเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
6. ใช้กับไฟฟ้า 220 -240 volt 50-60 hertz ได้
7. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..........ประธานอนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


..........อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..........อนุกรรมการ
(นายอิสระ สิริกนก)

..........อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)

..........อนุกรรมการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรพ)

..........อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

..........อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวชนากานต์ โชติพุทธกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.....70

↓
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์