

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความหนาแน่นหรือความชุ่มของเชื้อ

1. เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในสารละลาย
2. หน่วยที่วัดเป็นหน่วย McFarland (McF) สามารถวัดความหนาแน่นได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 6.0 McF
3. หน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD หรือ LED
4. มีสารละลาย McFarland standard มาพร้อมกับเครื่องอย่างน้อย 1 ชุด
5. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้ และใช้งานกับแบตเตอรี่ชนิด AA ได้
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นางปาริษ พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุพันธ์ สิววรรณ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวอาจารย์ การะเกตุ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์