

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตาย่อยอุณหภูมิสูง

1. เป็นเครื่องให้ความร้อนแก่หลอดตัวอย่างในการหา COD และ Total nitrogen มีฝาครอบบริเวณเตาให้ความร้อน และมีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถใส่หลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด
3. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 150 องศาเซลเซียส มีค่าความเสถียรของอุณหภูมิ (Temperature Stability) ± 2 องศาเซลเซียส หรือเคลวิน
4. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
5. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
11. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
12. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานอนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมการ)



.....อนุกรรมการ

(นางปาริชาต พูนขวัญ)



.....อนุกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)



.....อนุกรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)



.....อนุกรรมการ

(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิชิต ลิ้ววรรณ)



.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอัจกรีย์ การเกตุ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์