

คว. 72/67

คว. 21/69

คว. 12/69

คว. 81/70

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแบบแยกชนิดเม็ดเลือดขาว พร้อมอุปกรณ์

1. เป็นเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแบบนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว โดยอาศัยหลักการ impedance และ flow cytometry

2. จอภาพเป็นภาพสี และสั่งงานผ่านระบบ touchscreen ได้

3. สามารถตรวจหาค่าทางโลหิตวิทยา ได้ไม่น้อยกว่า 22 พารามิเตอร์ ได้แก่ WBC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, BAS%, BAS#, EOS%, EOS#, NEU%, NEU#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, MPV, PCT และ PDW

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...

4. สามารถแสดงผลการตรวจในรูปแบบ histogram และ scatter gram

5. ใช้เลือดไม่เกิน 20 ไมโครลิตรต่อการทดสอบ

6. สามารถวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่างต่อชั่วโมง

7. สามารถตั้งค่านับเม็ดเลือดของสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 13 ชนิดสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

8. สามารถตรวจนับและวัดค่าต่าง ๆ ได้ใน linearity range ดังนี้


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...

8.1 WBC $0 - 100.0 \times 10^9/L$ หรือกว้างกว่า

8.2 RBC $0.1 - 8.0 \times 10^{12}/L$ หรือกว้างกว่า

8.3 HGB $0 - 250 \text{ g/L}$ หรือกว้างกว่า

8.4 PLT $0 - 1,000 \times 10^9/L$ หรือกว้างกว่า


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

9. มีค่า precision หรือ repeatability ในการตรวจนับ WBC ผิดพลาดไม่เกิน 3%, RBC ไม่เกิน 2%, HGB ไม่เกิน 2%, PLT ไม่เกิน 6%, และ MCV ไม่เกิน 1%

10. มีระบบ calibration

11. มีระบบเตือนเมื่อมีความผิดปกติของผลการทดสอบหรือการทำงานของตัวเครื่อง

12. สามารถบันทึกผลความจำการทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ข้อมูล

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...

13. สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ผลภายนอกเครื่องได้

14. มีระบบ interface ชนิด USB port หรือ RS232C ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง


(นายอุดม เจือจันทร์)

15. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

15.1 เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA จำนวน 1 เครื่อง

15.2 เครื่องพิมพ์ผลชนิดหัวเข็มขาว-ดำความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 416 ตัวอักษรต่อวินาที

จำนวน 1 เครื่อง พร้อมหมึกและกระดาษพิมพ์ผล จำนวน 1 ชุด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...


(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

15.3 น้ำยาทดสอบเครื่อง ได้แก่ diluent ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5 ลิตร cleaner ปริมาตรไม่น้อยกว่า

50 มิลลิลิตร lyse ชนิดที่ 1 หรือ optical fluid ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร และ lyse ชนิด

ที่ 2 ปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร

ขออนุมัติให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.67

15.4 อุปกรณ์คุมเครื่อง จำนวน 1 ชุด

16. ไขกับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้


(นายอุดม เจือจันทร์)

17. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ 1 ชุด ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

18. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องทุก 6 เดือนในระหว่าง

การรับประกัน


19. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE

ขออนุมัติให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

20. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง

21. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้

22. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง


(นายอุดม เจือจันทร์)

23. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

24. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)




อนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)



อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สัจจิต)




อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



อนุกรรมการ

(นายวรา วงศ์)




อนุกรรมการ

(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)



อนุกรรมการ

(นายอัฐกร วาขบุตร)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุรัตนา บุญไส)



อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69

เครื่องนับเมล็ดเลือดอัตโนมัติแบบยกชนิดเม็ดเลือดขาว พร้อมอุปกรณ์

ขออนุมัติให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.70



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์