

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ สามารถทำความเร็วรอบ ได้สูงสุด 12,000 rpm
2. มีหน้าจอแสดงผล โดยสามารถแสดงค่าความเร็วรอบ (rpm) ความเร่งสู่ศูนย์กลาง (xg) เวลา อัตราการเพิ่ม และลดความเร็วได้
3. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 99 นาที
4. สามารถปรับอัตราการเพิ่มและลดความเร็วได้
5. มีระบบ Interlock หรือ Electronic lid lock
6. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน
7. สามารถปั่น Capillary tube ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 24 ชิ้น
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิงคัลลานนา มิตรธรรมศิริ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษณุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.1.0



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์