

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมการจ่ายของเหลวสำหรับงานผลิตและย้ายฝากตัวอ่อน

1. เป็นเครื่องควบคุมการจ่ายของเหลวเพื่อจ่ายของเหลวเข้าสู่ร่างกายสัตว์ในขณะที่ทำการผ่าตัดผ่านเครื่อง Laparoscope ที่มีอยู่เดิมได้
2. สามารถควบคุมการดูดและจ่ายของเหลวโดยใช้การหมุนของชุดลูกกลิ้งบนตัวเครื่อง
3. สามารถเลือกให้เครื่องทำงานโดยการดูดหรือจ่ายของเหลวได้
4. สามารถใช้กับชุดสายดูดจ่ายของเหลวทั้งแบบใช้ซ้ำและใช้ครั้งเดียวได้
5. สามารถควบคุมอัตราการไหลสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,600 มิลลิลิตรต่อนาที
6. มีอุปกรณ์ดูดและจ่ายของเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า 5 มิลลิเมตร ความยาวไม่มากกว่า 36 เซนติเมตร และมี two-way stopcock หรือ central valve ด้านที่ต่อเข้ากับชุดสายดูดจ่ายของเหลว
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องจนสามารถปฏิบัติงานได้ดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิงค์ลานนา มิตรธรรมศิริ)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษญณี ภูมิพิทักษ์กุล)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๐



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์