



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 47 - 75 มิลลิเมตร ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25 ๕๑
2. เลนส์ตามีกำลังขยาย 10x จำนวน 1 คู่
3. เลนส์วัตถุเป็นชนิดป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยขนาด 4x ,10x ,40x และ 100x (นายไพโรจน์ อ่างโสภา)
4. แท่นวางตัวอย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ติดตั้งแข็งแรงกับตัวกล้องพร้อมที่ยึดสไลด์ สามารถเคลื่อนสไลด์ขึ้นลงซ้ายขวาได้ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
5. มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนรวม (Coaxial)
6. เลนส์รวมแสงเป็นชนิด Abbe Condenser ค่า NA เท่ากับ 1.25 พร้อม Diaphragm
7. ระบบไฟเป็นชนิด Halogen ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25 ๕๑
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภา)



กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ)


กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



กรรมการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)


กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกษยา ศรีอำไพ)