


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเขย้าตัวอย่างแบบ Orbital

1. เป็นเครื่องเขย้าขนาดตัวอย่างแบบ Orbital มีจอแสดงค่าในการเขย้าเป็นตัวเลข
2. สามารถตั้งค่าความเร็วในการเขย้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 รอบต่อนาที และช่วงกว้างของการเขย้าไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร
3. สามารถทำงานได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
4. มีภาชนะขนาดไม่น้อยกว่า 200x200 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้เขย้าขวดทดลอง
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางจรียา บุญจรัสชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

