



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 microlite

1. เป็นอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลวขนาดเล็กปริมาตร 10-100 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.8 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.4 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.15 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 1,000 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ปริมาตร 10, 50 และ 100 ไมโครลิตร
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ ได้ 
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. มีคู่มือประกอบการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบพร้อมใบผ่านการสอบเทียบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ

(นายไพโรจน์ อารงโสภาส)




.....กรรมการ

(นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)




.....กรรมการ

(นางจริยา บุญจรัสชชะ)




.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)



.....กรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



.....กรรมการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุช ชูกระชั้น)

