



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น


1. เป็นเครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น สามารถอ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส และค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% rH
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าที่อ่านได้ชัดเจน
3. มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียสในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +40 องศาเซลเซียส และมีค่าความละเอียดของอุณหภูมิที่อ่านได้ไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส
4. มีค่าความถูกต้องของความชื้นผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 rH ที่ช่วงความชื้น 10% ถึง 90% rH และมีค่าความละเอียดของความชื้นที่อ่านได้ไม่เกิน $\pm 0.1\%$ rH
5. สามารถปรับตั้งความถี่ในการเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ตั้งแต่ทุก 1 นาทีถึงทุก 24 ชั่วโมง และสามารถเก็บบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ข้อมูล
6. ใช้กับแบตเตอรี่ลิเทียม และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เอง
7. มีแผ่นโปรแกรมที่สามารถป้อนและถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. สวมมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.61.


 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


 กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

 กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

 กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนโธสง)

 กรรมการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

