







ศร. 2/58 —
ศร. 20/56
ศร. ๒5/57
ศร. 18/59
ศร. 23/60
ศร. 188/61


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)


1. เป็นเครื่องปั่นผสมสารละลายในหลอดทดลอง สามารถเขย่าหลอดทดลอง บีกเกอร์ และ ฟลาสก์ได้
2. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะไร้สนิม ที่ฐานมียางรองรับกันสั่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขณะใช้งาน ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.59

3. สามารถตั้งเครื่องเขย่าใช้ได้ 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่อง และแบบเขย่าเมื่อมีแรงกดลงบนแป้นรองรับ
4. สามารถปรับอัตราเร็วของการเขย่าได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 3100 รอบต่อนาที
5. แป้นรองรับภาชนะในการเขย่าทำด้วยยางมี 2 แบบ ดังนี้
 - 5.1 แบบถ้ายเพื่อรองรับหลอดทดลองเดี่ยว
 - 5.2 แบบเป็นยางเพื่อรองรับภาชนะใส่สารกันแบน
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ได้ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.57

8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.58

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๐
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕1



 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภา)


 กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

 กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

 กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนโสดง)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)