



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร

1. เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
2. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor PID system
3. ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิด Hermetic Type ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
4. มีจอแสดงผลชนิด LCD display ที่แผงควบคุมการทำงาน แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้าและมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
5. ผนังด้านนอกทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม
6. ผนังภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายในตู้มีชั้นวางสแตนเลสหรือโลหะชุบพลาสติกโพลีเอทีลีน สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
7. ที่ฐานตู้มีล้อ 4 ล้อ เพื่อช่วยในการติดตั้งและการเคลื่อนย้าย
8. มีฉนวนกันความร้อนทำจากโพลียูรีเทน
9. มีช่องเปิดพร้อมฝาเกลียวหรือจุกปิด สำหรับใส่สายอุปกรณ์ เพื่อวัดอุณหภูมิจากภายนอกได้
10. มีสัญญาณเตือนกรณีที่มีความผิดปกติของอุณหภูมิ ในรูปแบบข้อความและเสียง (Visual and audible alarm) และสามารถปิดสัญญาณเสียงเตือนได้
11. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียสถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส มีค่า Temperature Uniformity ไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
12. มีแสงสว่างภายในตู้แบบ Fluorescent
13. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด
14. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 10 แอมแปร์ จำนวน 1 ชุด
15. มีชุดสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 KVA
16. เป็นเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบอุณหภูมิ อย่างน้อย 1 จุด ตามผู้ใช้งานกำหนดจากหน่วยงานสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ICE 17025 โดยมีค่า Uncertainty ไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง
17. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
18. สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
19. รับประกันคุณภาพ 2 ปี และบริการตรวจสอบการทำงานของเครื่องทุก 6 เดือน ระหว่างการรับประกันนับจากวันส่งมอบ
20. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
21. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
22. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบจนใช้งานได้ดี และมีใบรับรองการสอบเทียบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ
(นางสาวกัทริน โสภาสชัยทัตต์)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางจิริยา บุญจรัสชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)



.....กรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุธ ชูกระชั้น)

