


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR Cabinet)

1. เป็นตู้สำหรับเตรียมปฏิกิริยา PCR ทำจากอะคริลิคใสหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร หรือ กระจกใส
2. มีขนาดพื้นที่ทำงานภายในกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
3. มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 65 x 52 x 68 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
4. มีหลอดอุลตราไวโอเล็ต ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ ที่ให้ความยาวคลื่นในช่วง 253.7 - 254 นาโนเมตร 1 หลอด
5. สามารถเปิดประตูด้านหน้าได้อย่างน้อย 1 ตอน หรือ 1 ระดับ
6. มีขาตั้งที่สามารถรองรับตัวตู้ได้
7. ใช้กับไฟ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจริยา บุญจรัสชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)