




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเขย่าแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์


1. เป็นเครื่องเขย่าสำหรับสารที่บรรจุในขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ที่มีระบบการเขย่าแนวราบซ้ายขวา และสามารถเขย่าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้นพร้อมกัน
2. สามารถปรับความเร็วในการเขย่า ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 รอบต่อนาที
3. สามารถทำงานได้ทั้งแบบต่อเนื่อง และตั้งเวลาในการทำงานเขย่าได้ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
4. มีหน้าจอบริการสถานะการทำงานเป็นตัวเลขไฟฟ้า
5. ตัวเครื่องทำจากโลหะ หรือโลหะเคลือบ สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม
6. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 6.1 โครงสำหรับวางถาดเขย่าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 ถาดเขย่าพร้อมที่จับยึด Erlenmeyer flask ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 มิลลิลิตร Clamping Springs หรือ Spring clamps ไม่น้อยกว่า 106 ใบ
 - 6.3 ถาดเขย่าพร้อมที่จับยึด Separatory funnel ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ใบ
7. เป็นเครื่องที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000Series หรือ เป็นเครื่องที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
13. ส่งมอบติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโอกาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทรีน โอภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจริยา บุญจรชยะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระขัน)

