




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร


1. เป็นตู้ดูดควันพิษและไอระเหยสารเคมีโดยการใช้แผ่นกรองอากาศแบบไม่มีท่อระบายอากาศสู่ภายนอกอาคาร
2. ใช้ในการกำจัดไอระเหยสารเคมีการดูดเก็บไว้บนแผ่นกรอง activated carbon filter
3. ตัวตู้ภายนอกมีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1,500 x 720 x 1,300 มิลลิเมตร และตัวตู้ภายในมีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1,380 x 590 x 740 มิลลิเมตร
4. ผนังด้านข้าง และด้านหน้าตู้ มีลักษณะใสทำจากวัสดุ acrylic หรือ Tempered glass
5. ผนังที่ปฏิบัติงานทำจากกระจกนิรภัย หรือโลหะสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
6. มีช่องเปิดเพื่อสอดสายไฟ หรือมีเต้าเสียบไฟภายในตู้
7. มีหลอดไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ลักซ์
8. มีอัตราการเร็วของอากาศไม่น้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที หรือสามารถกรองอากาศพิษได้ไม่น้อยกว่า 567 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
9. ติดตั้งแผ่นกรอง Pre-filter แบบชนิดถอดเปลี่ยนได้แยกอิสระจากแผ่น Activated carbon filter
10. มี Main filter จำนวน 2 ชุด และ Back up filter
11. มีแผ่นกรอง activated carbon filter ที่สามารถจับไอสารเคมีที่เป็นกรด และสารอินทรีย์ได้
12. มีระบบความปลอดภัย ดังนี้
 - 12.1 มีสัญญาณเตือนเมื่อระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้ทำงานผิดปกติ
 - 12.2 มีสัญญาณเตือนเมื่อแผ่นกรองเต็ม หรือใกล้เต็ม
13. มีอุปกรณ์สำหรับวัดอัตราการเร็วลม
14. มีโต๊ะสำหรับวางเครื่องพร้อมล้อแบบล็อกได้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
15. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
16. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบทุก 6 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบในระหว่างการรับประกัน
18. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
19. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
20. ส่งมอบ, ติดตั้ง พร้อมทดสอบเครื่องตามมาตรฐาน ASHRAE 110 1995 และมาตรฐาน BS 7989 พร้อมออกใบรับรองผล และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวกัทริน โสภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจริยา บุญจรชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธอนันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุท ชูกระชั้น)